

URZĄDZENIA, SPRZĘT I NARZĘDZIA MEDYCZNE ORAZ ORTOPEDYCZNE	NORMA BRANŻOWA	BN-77
	Narzędzia stomatologiczne Zgłębniki	5923-10
		Zamiast BN 71/5923 10
		Grupa katalogowa XIV 21

1. Przedmiot normy Przedmiotem normy są zgłębniki stosowane przy zabiegach stomatologicznych

2. Rodzaje Rozróżnia się siedem rodzajów zgłębników (wg rysunku)

- z pazurkiem,
- prostokątny,
- rozwartokątny A,
- rozwartokątny B,
- rozwartokątny C,
- sierpowy,
- bagnetowy

3. Przykład oznaczenia zgłębnika z pazurkiem


ZGŁĘBNIK Z PAZURKIEM BN-77/5923-10

4. Główne wymiary w mm - wg rysunku

Dopuszcza się stosowanie pręta o średnicy koła wpisanego 5 mm zamiast 5,5 mm

5. Sprężystość części pracujących Części pracujące powinny być tak sprężyste, aby siła o wielkości 5 N, przyłożona do końca części pracującej pod kątem 45° do osi końca części pracującej, nie powodowała trwałego odkształcenia

6. Pozostałe wymagania i badania powinny być zgodne z BN-71/5923-05



K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę - Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Medycznej, Warszawa

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-71/5923-10

a) wprowadzono nowe rodzaje zgłębników rozwartokątny A, B i C zamiast rozwartokątnego i prostokątnego dla dzieci,

b) zmieniono rysunki,

c) ujednolicono tolerancję wymiarów

3. Normy związane

BN-71/5923-05 Narzędzia stomatologiczne Upychadła, wydrążacze, zgłębniki Wspólne wymagania i badania

4. Symbol wg SWW - 0974-119

Zgłoszona przez Ośrodek Badawczo Rozwojowy Techniki Medycznej
Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Sprzętu Optycznego i Medycznego dnia 28 października 1977 r
jako norma obowiązująca od dnia 1 lipca 1978 r
(Dz Norm i Miar nr 3 /1978 poz 17)