

ORTOPEDIA	NORMA BRANŻOWA	
	Protezy i aparaty Zawiasy proste	
	BN-73 5993-14	
	Zamiast BN 67/5993 14	
Prosthesis and orthopaedic appliances Simple hinges		Протезы и аппараты Шарниры прямые
Protheses et appareils orthopediques Les charniers droits		
		Grupa katalogowa XIV 23 ¹⁾

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są zawiasy proste stosowane do gorsetów i koszów aparatowych kończyn dolnych.



2. Normy związane

PN-66/H-84019 Stal węglowa konstrukcyjna wyższej jakości ogólnego przeznaczenia. Gatunki
PN-66/M-85021 Kołki walcowe

3. Przykład oznaczenia zawiasu prostego o wysokości $h = 24$ mm

ZAWIAS PROSTY 24 BN-73/5993-14

4. Główne wymiary w mm - wg rysunku i tabl. 1



1 - skrzydełko, 2 - kołek

¹⁾ Symbol wg SWA: 2885-913+52.

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE do BN-73/5993-14

Istotne zmiany w stosunku do BN-67/5993-14

- a) zmieniono konstrukcję zawiasu,
- b) zmieniono materiał

Tablica 1

h	L	G
24	120	2
30		

5. Wyszczególnienie części i materiałów - wg tabl. 2.

Tablica 2

Numer części na rysunku	Nazwa części	Wyróżnik oznaczenia	Numer normy	Liczba sztuk	Materiał wg
1	Skrzydełko	-	-	2	stal 15 wg PN-66/H-84019
2	Kołek	4 h 11	PN-66/M-85021	1	-

6. Wykonanie - obrobione. Skrzydełka wycinane i zawijane Kołek roznitowany Skrzydełka lutowane na mosiądz. Krawędzie skrzydełek fazowane.

7. Wykonczenie - ostre krawędzie zatępione.

8. Cechowanie. Na zawiasie, w miejscu podanym na rysunku, powinna być umieszczona w sposób trwały i wyraźny cecha zawierająca co najmniej następujące dane:

- a) znak lub nazwę wytwórcy,
- b) oznaczenie wg 3 (bez części słownej).

Zjednoczenie Przemysłu Ortopedycznego
Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Ortopedycznego dnia 20 września 1973 r
jako norma obowiązująca w zakresie produkcji od dnia 1 kwietnia 1974 r
(Dz Norm i Miar nr 4/1974 poz 9)